



上海市计量测试技术研究院
SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
华东国家计量测试中心
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA
中国上海测试中心
NATIONAL CENTER OF TESTING TECHNOLOGY, SHANGHAI

检测报告

Test Report

委托者
Customer

浙江佰通防腐设备有限公司

联络信息
Contact information

/

样品名称
Name of sample

PVDF-HP管材 DN40 PN16 $\Phi 50 \times 3.0$ L=100mm

制造厂
Manufacturer

浙江佰通

型号/规格
Model/Specification

/

样品编号
No. of sample

苏威-001

批准人
Approved by

郝玉红

郝玉红

(机构检测专用章)

核验员
Checked by

郝萍

郝萍

检测员
Tested by

李春华

李春华

发布日期
Issue date

2023

年

01

月

05

日

Year

Month

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800

Tel.

传真: 021-50798390

Fax

邮编: 201203

PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172

Inquire line

投诉电话: 021-50798262

Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页

Page of total pages



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2022)01039号/(2022)01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2022) 01039/ No. (2022) 01019

本次检测所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the test (code、name)

SEMI F57-0622: Specification for High Polymer Materials and Components Used in Ultrapure Water and Liquid Chemical Distribution Systems

本次检测所使用的主要测量仪器:

Main measurement instruments used in this test

名称 Name	编号 Number	测量范围 Measurement range
高分辨电感耦合等离子体质谱仪	03867E	0.1ng/kg-100mg/kg
离子色谱仪	06110273/06110297/06100431	(0~80)mg/L
/	/	/

其他检测信息:

Test Information

地点: 张衡路1500号理化西楼304室

Location

温度: 20.0℃

Ambient temperature

湿度: 55.0%RH

Humidity

其他: /

Others

受样方式 客户送样

Way for receipt

样品状态描述 正常

Status of sample

受样日期 2022年 12月 16日

Received date

检测日期 2023年 01月 03日

Date for test

备注: 本证书或报告替代2023I30-30-4333934001-01编号证书或报告, 原2023I30-30-4333934001-01编号证书或报告作废, 本次修改时间为2023年02月02日。

本报告提供的结果仅对本次被测的样品有效。

The data are valid only for the sample(s).



检测结果/说明:

Results of test and additional explanation

检测项目	检测结果($\mu\text{g}/\text{m}^2$)
Li	<1
B	<1
Na	0.54
Sr	<0.5
Cd	<1
Sn	<1
Sb	<1
Ba	0.32
Pb	<1
Mg	<1
Al	1.1
Ca	4.6
Ti	<1
V	0.16
Cr	<1
Mn	<1
Fe	1.4
Ni	0.95
Cu	0.66
Zn	0.92
K	1.0
As	0.01
TOC	17136
NH_4^+	<10
F^-	3168
Cl^-	<10
Br^-	<10
NO_2^-	<10
NO_3^-	<10
SO_4^{2-}	<10
PO_4^{3-}	<10



检测结果内容结束